
SLH - R53 - comp.



Current Data Parameters
NAME Huegel
EXPNO 840
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20250312
Time 11.54 h
INSTRUM spect
PROBHD Z114607_0045 (
PULPROG zg30
TD 40422
SOLVENT D2O
NS 128
DS 2
SWH 12335.526 Hz
FIDRES 0.610337 Hz
AQ 1.6384383 sec
RG 128
DW 40.533 usec
DE 6.50 usec
TE 297.9 K
D1 2.00000000 sec
TD0 1
SFO1 600.1337060 MHz
NUC1 1H
P0 3.74 usec
P1 11.23 usec
PLW1 22.90900040 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 600.1299530 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00